

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР (ООО «РИЦ»)

Аттестат аккредитации № RA.RU.21 АД76 от 03.11.2015 г.
Свидетельство №0086.03-2010-781104474-И-017 от 24 октября 2012 г.
(работы по выполнению инженерно-экологических изысканий)

192131, СПб, ул. Ивановская, д.24, корп.2, литер Б, пом.12Н

тел/факс: (812) 362-08-24 560-35-32

Заказчик:

АО «Выборгское карьероуправление»
188800, Ленинградская область, г.Выборг,
Ленинградское шоссе, д. 18А

УТВЕРЖДАЮ

Начальник испытательной
лаборатории ООО «РИЦ»



А.О.Шеврыгин

Протокол № 30/15 от 21 марта 2017 года.

Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов

Наименование пробы	Шебень гранитный фракции 5-20мм
Объект, где производился отбор пробы	Участок недр «Эркиля». (Выборгский район Ленинградской области)
Дата отбора пробы	16.02.2017г
Дата доставки пробы	17.03.2017г
Дата проведения измерений	21.03.2017г

Примечание: проба отобрана, и доставлена Заказчиком,
климатические условия – нормальные,
проба обработке не подвергалась, не герметизировалась.

НТД, использованная при проведении измерений:

- Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов. ГОСТ 30108-94.
- Методика выполнения измерений удельной активности природных радионуклидов, цезия-137, стронция-90 в пробах объектов окружающей среды и продукции промышленных предприятий с применением спектрометра-радиометра МКГБ-01 «РАДЭК».

Средства измерения

Таблица 1

№ п/п	Тип прибора	Зав. №	№ свидетельства о поверке	Срок действия свидетельства	Кем выдано свидетельство	Погрешность (неопределенность измерения)
1	МКГБ-01	82	210/0485-2016	05.06.2018	ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева»	30%
2	Весы ЕТ-3000-Н	037125	0217610	18.12.2017	ФБУ «Тест -С.-Петербург»	0,1г

7. Результаты измерений


Таблица 2

Обозначение пробы		Удельная активность ЕРН, Бк/кг			Удельная эффективная активность ЕРН, ($A_{эфф. \pm \Delta}$), Бк/кг
Заказчик	ООО «РИЦ»	Ra-226, Бк/кг	Th-232, Бк/кг	K-40, Бк/кг	
1	3/15	77 ± 11	118 ± 11	1426 ± 140	359 ± 22
2	4/15	75 ± 10	107 ± 10	1333 ± 130	333 ± 21

Результат измерения удельной эффективной активности (ГОСТ 30108-94)
 в пробе № 1 $A_{эфф.} = 381$ Бк/кг,
 в пробе № 2 $A_{эфф.} = 354$ Бк/кг.

Вывод: материал пробы № 1 щебня гранитного с участка недр «Эркиля» (Выборгский район Ленинградской области) по удельной эффективной активности естественных радионуклидов относится ко второму классу; материал пробы № 2 щебня гранитного с участка недр «Эркиля» (Выборгский район Ленинградской области) по удельной эффективной активности естественных радионуклидов относится к первому классу. (СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009»).

Измерения проводил:



инженер-дозиметрист А.В.Водоватов

Полное или частичное воспроизведение данного протокола без разрешения ООО «РИЦ» запрещено.