

Федеральное бюджетное учреждение
«Государственный региональный центр стандартизации,
метрологии и испытаний в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
(ФБУ «Тест-С.-Петербург»)
Регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.311483 от 29.12.2015 г.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 071917

Действительно до "25" мая 2018 г.

Средство измерений Весы автомобильные неавтоматического действия
наименование, тип, модификация, регистрационный номер в Федеральном
информационном фонде по обеспечению единства измерений (если в состав средства измерений входит
МАГНУС 100-24, №53670-13

несколько самостоятельных измерительных узлов, то приводятся их перечень и заводские номера)
серия и номер знака предыдущей поверки 096140891
(если такие серия и номер имеются)

заводской номер (номера) 011020213

поверено в соответствии с описанием типа
наименование, тип, модификация, на которых поверено средство измерений
поверено в соответствии с ГОСТ Р 53228-2008 весы неавтоматического действия.
наименование документа, на основании которого выполнена поверка

Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания.
с применением эталонов: гирь 4-го разряда 500кг, 3.1.ZСП.0881.2015, гирь 4-го разряда
20кг, 3.1ZСП.0880.2015
наименование, тип, заводской номер, регистрационный номер (при наличии),
разряд, класс или точность эталона, примененного при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: температура окружающего воздуха 18 °С
привести перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки признано соответствующим установленным в описании типа метрологическим требованиям и пригодным к применению в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений.

Знак поверки

Начальник отдела

Поверитель

Ю.К. Смирнова

Подпись

Васильева

Подпись

Ю.К. Смирнова

Инициалы, фамилия

Н.В. Васильева

Инициалы, фамилия

Дата поверки "26" мая 2017 г.

